

## Advarsel om Poly Implant Proteser:

I Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister har vi diskuteret Lægemiddelstyrelsens advarsel vedrørende PIP implantater med betegnelsen IMGHC-TX, IMGHC-MX og IMGHC-LS, og lagt nedenstående information på Registerets hjemmeside, ligesom den er udsendt til klinikkerne:

*Lægemiddelstyrelsen er af de franske myndigheder blevet informeret om et kvalitetsproblem med brystimplantater fremstillet siden 2001 af Poly Implant Prothèse. De franske myndigheder har konstateret anvendelse af forkert silikone, hvorfor produkterne ikke lever op til lovgivningens krav.*

*På nuværende tidspunkt er der ikke identificeret komplikationer forskellig fra dem, der normalt optræder, dog er der konstateret højere risiko for ruptur. Lægemiddelstyrelsen advarer mod anvendelse af de pågældende implantater, og anbefaler kvinder med de pågældende brystimplantater kontakte den læge/klinik, der har foretaget operationen, for at få foretaget en undersøgelse af implantatet.*

*Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at der i alt er importeret 40 af de pågældende implantater til Danmark. Der er siden 2001 registreret indlæggelse af i alt 10 af de pågældende implantater i Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister (DPM), hvoraf 3 allerede er fjernet igen. Dette ud af en total registrering af godt 20.000 implantationer. Det ser derfor ud til, at størsteparten af implantaterne er blevet anvendt af klinikker/kirurger, der ikke registrere til DPM.*

*De klinikker, som deltager i Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister, og som har anvendt de pågældende PIP implantater, vil blive kontaktet, således at de involverede kvinder kan informeres.*

link til Lægemiddelstyrelsens information:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=16326>

Mere information følger, når vi de franske myndigheder melder mere ud.

Lisbet Hölmich, 20. april 2010